FLUOROSEAL

Fond de Cavité

FLUOROSEAL a une dureté 20 fois supérieure à celle d'un hydroxyde de calcium (résiste aux fortes pressions).**FLUOROSEAL** est un fond de cavité photopolymérisable à base de résine (Uréthane dimétacrylate) et d'hydroxyapatite qui libère des ions fluor après polymérisation.
FLUOROSEAL est un isolant thermique et chimique compatible avec tous les matériaux d'obturations.
Il adhère à la dentine (2,3 Mpa) et n'est pas soluble à la salive ni dans le flux gengival.
Facile à utiliser, son excellente consistance et sa mise en place directement dans la cavité font gagner du temps. Il n'y a plus besoin de spatuler ni d'enlever les excès sur les parois. La couleur est blanc cassé. Sa capacité adhésive et sa dureté sont appréciables. Le produit ne se décolle pas et résiste aux rinçages vigoureux.

L'hydroxyapatite:

- Est un excellent isolant thermique.
- Est un biomatériau qui diminue la sensibilité dentinaire.
- Est modérément hydrophile et ainsi adhère à la dentine.

La libération d'ions fluor est possible grâce à la faible hydrophilie du produit. Un petit échange liquide suffit à cette libération.

MODE D'EMPLOI:

1) Préparer la cavité normalement, rincer et sécher modérément. **FLUOROSEAL** adhérera à la dentine naturellement humide
2) La cavité est prête à recevoir **FLUOROSEAL.** Avec la seringue de 1,5 gr, appliquer 0,3 à 0,5 mm d'épaisseur de produit dans la cavité.
3) Après la première couche, photopolymériser pendant 20 à 30 secondes selon l'intensité de la lampe en maintenant la fibre le plus près possible du fond de cavité.
4) Appliquer une seconde couche si besoin. Celle-ci peut être de 1,5 mm d'épaisseur avec 30 secondes de polymérisation.
On peut appliquer plusieurs couches successives et terminer la reconstitution avec une couche de composite. **Le composite adhère à FLUOROSEAL par liaison chimique.**

Remarques:
Remettez le capuchon de la seringue en place après chaque utilisation pour empêcher le produit de durcir dans la seringue.
Après avoir fait sortir le produit de la seringue, retirez légèrement le piston pour éviter un écoulement de produit.

Réservé à l'usage Dentaire

CE 0050

AVERTISSEMENT:
Evitez le contact prolongé du produit non polymérisé avec la peau et la gencive. En cas de contact prolongé, lavez abondamment à l'eau.
Une sensibilité post-opératoire peut apparaître si le produit n'a été pas parfaitement polymérisé.
L'évaluation clinique n'a pas révélé de réactions post-opératoires.

GARANTIE ET LIMITATION DE LA RESPONSABILITE DE STARDENT
L'aide technique fournie par Stardent est destinée à aider les chirurgiens dentistes à mettre en œuvre le produit.
Cette aide n'étend pas la garantie et ne libère pas le chirurgien dentiste de la responsabilité de tester les produits distribués par Stardent afin de déterminer s'ils conviennent à des procédures et usages particuliers. Le dentiste accepte tous les risques et prend la responsabilité pour tout dommage pouvant résulter de l'utilisation incorrecte du produit.
En cas de vice du matériau, la responsabilité de Stardent est limitée au remplacement du produit défectueux. Pour que cette garantie limitée soit applicable, le produit défectueux doit être renvoyé à Stardent. En aucun cas, Stardent ne pourra être tenu responsable de dommages indirects, consécutifs ou accessoires.

Fabricant :

Scientific Pharmaceuticals
3221 Producer Way
Pomona California USA
9176863916
Tel : 001 909 595 9922
Fax : 001 909 595 0331
http.www;scipharm.com
E.mail scipharm@msn.com

Distributeur pour la France :

STARDENT
B.P. 16
31380 MONTASTRUC
Tél : 05 34 26 13 13
Fax : 05 34 26 13 33